


# 检验检测机构 资质认定证书附表



231020341577

检验检测机构名称：常熟市计量测试所

批准日期：2023年11月22日(复查换证（检测标准、方法变更、检测能力取消）)

有效期至：2029年11月21日

批准部门：江苏省市场监督管理局



国家认证认可监督管理委员会制

## 二、批准常熟市计量测试所非食品检验检测的能力范围

证书编号：231020341577

机构（省中心）名称：常熟市计量测试所

第1页共 2页

场所地址：江苏省-苏州市-常熟市-琴川街道新世纪大道1087号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
一	电子电气产品					
1	仪器仪表	1	一般压力表	一般压力表 GB/T 1226-2017	只测：(-0.1~60) MPa; 只测：基本误差试验、回差试验、指针偏转平稳性试验、轻敲位移试验	
		2	电子天平	电子天平 GB/T 26497-2022	只测：(20g~50kg); 只测：计量性能试验、倾斜试验、功能检查、介电强度试验、保护接地完整性试验	
		3	非自行指示秤	非自行指示秤 GB/T 335-2019	只测：(0~500) kg; 只测：零点试验、偏载试验、称量试验、重复性试验、灵敏度试验、最大安全载荷试验、增砣的检验	
		4	固定式电子衡器	固定式电子衡器 GB/T 7723-2017	只测：(0~160) t; 只测：称量性能、与时间相关的测试	
		5	医药产品冷链物流温控设施设备	医药产品冷链物流温控设施设备验证性能确认技术规范 GB/T 34399-2017	只测：温度分布测试、温度自动监测系统测点终端的准确度确认	
二	参数					
1	加油站油气回收系统	1	液阻	加油站大气污染物排放标准 GB 20952-2020	仅限于加油站项目的验收。只用：附录A液阻检测方法	标准变更;
		2	密闭性	加油站大气污染物排放标准 GB 20952-2020	仅限于加油站项目的验收。只用：附录B密闭性检测方法	标准变更;
		3	气液比	加油站大气污染物排放标准 GB 20952-2020	仅限于加油站项目的验收。只用：附录C气液比检测方法	标准变更;
2	电力安全工器具	4	启动电压试验	电容型验电器 DL 740-2014		
		5	工频耐压试验	带电作业用绝缘垫 DL/T 853-2015	只测：(0.1~50)kV	
				带电作业用绝缘手套 GB/T 17622-2008	只测：(0.1~50)kV	
				足部防护安全鞋 GB 21148-2020	只测：(0.1~50)kV	
				电容型验电器 DL 740-2014	只测：(0.1~50)kV	
				电力安全工器具预防性试验规程 DL/T 1476-2015	只测：(0.1~50)kV	
				带电作业用工具、装置和设备预防性试验规程 DL/T 976-2017	只测：(0.1~50)kV	
		6	成组直流电阻试验	电力安全工器具预防性试验规程 DL/T 1476-2015		
7	直流电阻试验	电力安全工器具预防性试验规程 DL/T 1476-2015				
8	连接导线绝缘强度试验	电力安全工器具预防性试验规程 DL/T 1476-2015				



## 二、批准常熟市计量测试所非食品检验检测的能力范围

证书编号：231020341577

机构（省中心）名称：常熟市计量测试所

第2页共 2页

场所地址：江苏省-苏州市-常熟市-琴川街道新世纪大道1087号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		9	电阻管泄漏电流试验	电力安全工器具预防性试验规程 DL/T 1476-2015		
3	定量包装商品	10	商品净含量(质量、体积、长度、面积)	定量包装商品净含量计量检验规则 JJF1070-2005		
4	食品和化妆品包装	11	包装空隙率	限制商品过度包装要求 食品和化妆品 GB 23350-2021	只用：第二法 手动法	
		12	包装层数	限制商品过度包装要求 食品和化妆品 GB 23350-2021		
		13	包装成本	限制商品过度包装要求 食品和化妆品 GB 23350-2021		
5	照明测量	14	照度	照明测量方法 GB/T 5700-2008		
		15	亮度	照明测量方法 GB/T 5700-2008		
		16	反射比	照明测量方法 GB/T 5700-2008		
		17	现场的色温和显色指数	照明测量方法 GB/T 5700-2008		
		18	照明功率密度	照明测量方法 GB/T 5700-2008		

